

## 水污染源在线监测系统验收意见表

### 《北京新创生物工程有限公司水污染源在线监测系统》验收意见

2023 年 3 月 2 日,北京新创生物工程有限公司按北京市生态环境局关于印发《北京市固定污染源自动监控管理办法》的通知(京环发(2018)7 号)及相关规范的要求,组织北京环诺科技有限公司(运维单位)、北京中泰晨创环保科技有限公司(验收单位)及三位专家成立验收组(名单附后),对北京新创生物工程有限公司水污染源在线监测系统进行验收。

验收组查验了验收的有关资料,对照水污染源在线监测相关技术规范的要求,经认真评议,形成验收意见如下:

本项目验收范围为北京新创生物工程有限公司水污染源在线监测系统(包括在线监测站房、COD<sub>Cr</sub>水质在线自动监测仪、氨氮水质在线自动监测仪、pH 计、超声波明渠污水流量计及其配套设施)。

北京新创生物工程有限公司水污染源在线监测系统,在线监测站房建设规范,COD<sub>Cr</sub>水质在线自动监测仪、氨氮水质在线自动监测仪、pH 计、超声波明渠污水流量计选型与安装合理,数据采集和控制单元符合相关技术要求,运行管理制度完善、记录完整。本在线监测系统已与北京市生态环境局联网,数据传输正常,配套设施工作正常。中环华信环境监测(北京)有限公司出具的比对检测报告(报告编号:(H 检)字(2023)第 0208-Y007 号、(2023)第 0208-Y007-2 号)表明,水污染源在线监测系统的比对监测结果满足《水污染源在线监测系统(COD<sub>Cr</sub>、NH<sub>3</sub>-N 等)验收技术规范》(HJ 354-2019)要求。

验收组一致同意本项目通过验收。

验收组签字:

(贾春)

刘明 王强 李伟  
王强 李伟

王强

验收时间:2023 年 3 月 2 日

# 北京新创生物工程有限公司水污染源在线监测系统

## 验收组成员表

姓 名	单 位	职务/职称	签 字
石鹏	北京新创生物工程有限公司	生产经理	石鹏
贾真	北京新创生物工程有限公司	行政经理	贾真
张鹏	北京环诺科技有限公司	运维工程师	张鹏
王铮	北京市生态环境监测中心	高工	王铮
余杰	北京市生态环境保护科学研究院	正高	余杰
刘明	北京市污染源管理事务中心	高工	刘明
安子玉	北京中泰晨创环保科技有限公司	/	安子玉